

Wieluń, dn. 23.10.2007r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ w przetargu nieograniczonym 2/ZP/07 na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Pytanie 1: „Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanej komory z normą PN-EN 12469, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469 wydanego przez należną jednostkę akredytacyjną (np. TUV, AFNOR), a nie przez producenta komory?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN-12469 wydanego przez niezależną jednostkę akredytacyjną (np. TUV, AFNOR) lub producenta komory.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia 9 stopni?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kąt nachylenia 9 stopni.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści Timer analogowy o zakresie 0-180 minut?”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza timera analogowego o zakresie 0-180 minut.

Pytanie 4: „Prosimy o wyjaśnienie zapisu w siwz „Temperatura otoczenia +5°C do +40°C.” Czy urządzenie powinno pracować w takim przedziale temperaturowym czyli podgrzewać próby, czy powinno być przystosowane do pracy w takim zakresie temperatury otoczenia?”.

Odpowiedź: Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w zakresie temperatury otoczenia +5°C do +40°C.